



ประกาศเทศบาลนครตรัง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครตรัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. รถเข็นชนิดนอน
๒. เตียงเฟวเลอร์
๓. เครื่องวัดความดันโลหิต
๔. เครื่องชั่งน้ำหนัก
๕. ถังออกซิเจน
๖. เครื่องดูดเสมหะ
๗. เครื่องดึงคอและหลัง
๘. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น
๙. ที่นอนลม
๑๐. โต๊ะคร่อมเตียง
๑๑. เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
๑๒. รถเข็นชนิดนั่ง

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครตรัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangcity.go.th , www.tranglocal.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๑๖๕๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ.

(นายสาโรช คงนคร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครตรัง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๘๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒,๔๓๙,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๔๒๒,๕๐๐.- บาท
รายละเอียดตามตลาดท้องถิ่น เป็นเงิน ๒,๐๑๖,๕๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑
 - ๔.๒ รายละเอียดตามตลาดท้องถิ่น
 - ๔.๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมคลินิก
 - ๔.๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรสเดย์ เมดิคอล
 - ๔.๒.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเขาวังเภสัช
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมหมาย ยอดเพชร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิทยา พรหมมี)

สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรพรพรณี ตุลยกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เขียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
และเจ้าพนักงาน พ.ว. พ.จ.อ.
(นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครตรัง

อนุมัติ

(นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครตรัง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒

ประมาณการแนบท้าย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
๑	รถเข็นชนิดนอน	๑ คัน	๑๙,๐๐๐.-	๑๙,๐๐๐.-
๒	เตียงเฟวเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	๑๐ เตียง	๑๖,๖๐๐.-	๑๖๖,๐๐๐.-
๓	เครื่องวัดความดันโลหิต			
	๓.๑ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	๑ เครื่อง	๗๐,๐๐๐.-	๗๐,๐๐๐.-
	๓.๒ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล	๕ เครื่อง	๓,๕๐๐.-	๑๗,๕๐๐.-
๔	เครื่องซังน้ำหนักแบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง	๑ เครื่อง	๘,๐๐๐.-	๘,๐๐๐.-
๕	ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ	๑๒ ชุด	๑๕,๐๐๐.-	๑๘๐,๐๐๐.-
๖	เครื่องดูดเสมหะ	๑๐ เครื่อง	๑๒,๕๐๐.-	๑๒๕,๐๐๐.-
๗	เครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียง	๒ เครื่อง	๔๒๐,๐๐๐.-	๘๔๐,๐๐๐.-
๘	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น	๑ เครื่อง	๕๕๐,๐๐๐.-	๕๕๐,๐๐๐.-
๙	ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบรังผึ้ง	๕๐ ชุด	๔,๐๐๐.-	๒๐๐,๐๐๐.-
๑๐	โต๊ะเครื่องมือ	๒๐ ตัว	๔,๕๐๐.-	๙๐,๐๐๐.-
๑๑	เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา	๕ เครื่อง	๔,๒๐๐.-	๒๑,๐๐๐.-
๑๒	รถเข็นชนิดนั่ง			
	๑๒.๑ รถเข็น ผู้ป่วยชนิดนั่งแบบพับได้	๒๐ คัน	๕,๙๐๐.-	๑๑๘,๐๐๐.-
	๑๒.๒ รถเข็น ชนิดนั่ง	๕ คัน	๖,๙๐๐.-	๓๔,๕๐๐.-
	(สองล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน			๒,๔๓๙,๐๐๐.-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมหมาย ยอดเพชร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา พรหมมี)

สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางภรพรรณี ดุลยกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑.รถเข็นชนิดนอน

คุณลักษณะและรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ๑) เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม
- ๒) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว
- ๓) ชั้นล่างมีที่สำหรับวางของทำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมติดกับตัวรถ
- ๔) มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ๕) มีล้อใหญ่ ๒ ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก ๒ ล้อ
- ๖) ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๒๐๐ x ๘๐ เซนติเมตร
- ๗) อุปกรณ์ประกอบ
 - (๗.๑) เสาน้ำเกลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ๑ อัน
 - (๗.๒) เปลหามทำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนาหรือโลหะไม่เป็นสนิม มีเบาะหุ้มหนังเทียม
 - (๗.๓) ราวกันเตียง
- ๘) รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้าครบเป็นต้นไป

๒.เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก

คุณลักษณะและรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ๑) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์ หรือ ๒๐๐ กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ
- ๒) พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด
- ๓) พื้นเตียงทำด้วยโลหะ
- ๔) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ ๒ ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะขอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
- ๕) มีล้อชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน ๔ ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า ๑ คู่
- ๖) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร (รวมที่นอน)
- ๗) รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้าครบเป็นต้นไป

๓.เครื่องวัดความดันโลหิต

๓.๑ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

คุณลักษณะและรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ๑) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
- ๒) เป็นการวัดแบบ Oscillometric
- ๓) สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
- ๔) มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
- ๕) สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง ๓๐ - ๒๘๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง ๔๐ - ๑๘๐ ครั้งต่อนาที
- ๖) รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้าครบเป็นต้นไป

๓.๒ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

คุณลักษณะและรายละเอียดตามตลาดท้องถิ่น

- ๑) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
- ๒) หลักในการวัด - Oscillometric Method
- ๓) น้ำหนักเครื่อง - ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน ๔๐๐ กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
- ๔) จอแสดงผล - แบบดิจิตอล LCD
- ๕) ปลอกพันแขน - ขนาดเส้นรอบวงประมาณ ๒๒ - ๓๕ ซม.
- ๖) ขอบเขตที่วัดได้ - ความดันโลหิต ๐ - ๒๘๐ มม.ปรอท หรือดีกว่า
- ชีพจร ๔๐ - ๑๘๐ ครั้ง/นาที หรือดีกว่า
- ๗) ค่าความถูกต้อง - ความดันโลหิตเฉลี่ยไม่เกิน ± 5 มม.ปรอท - ชีพจรไม่เกิน $\pm 6\%$ ของค่าที่วัดได้
- ๘) แหล่งพลังงาน - แบตเตอรี่ AA ๔ ก้อน (๖V DC) และ AC Adaptor
- ๙) จำนวนครั้งในการวัด - แบตเตอรี่ใหม่ ๔ ก้อน วัดได้ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ ๕๐๐ ครั้ง ขึ้นไป
- ๑๐) มีปลอกแขนสำรองเพิ่มอีก ๑ อัน ขนาดเส้นรอบวง ไม่ต่ำกว่า ๓๓ - ๔๗ ซม. หรือมากกว่ารวมเป็น ๒ อัน
- ๑๑) รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้าครบเป็นต้นไป

๔.เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง

คุณลักษณะและรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ๑) เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบคานสมดุล (Mechanical Balance) มีที่วัดส่วนสูงในตัว
- ๒) ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม
- ๓) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน ๑๐๐ กรัม
- ๔) วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า ๗๕ เซนติเมตรและค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เซนติเมตร
- ๕) รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้าครบเป็นต้นไป

๕.ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ

คุณลักษณะทั่วไป เป็นชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจน ประกอบด้วย

๑. ถังออกซิเจน
๒. Oxygen Regulator
๓. รถเข็นสำหรับวางถังออกซิเจนทำจากเหล็กพ่นสี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ถังออกซิเจน ขนาด ๖ คิว

๑.๑ เป็นท่อเหล็กสำหรับบรรจุก๊าซออกซิเจนใช้ทางการแพทย์ภาชนะบรรจุเป็นท่อของใหม่ ทนความร้อน ไม่มีตะเข็บ พ่นสีเขียวมรกต ส่วนคอและไหล่ใช้สีขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๒ ขนาดท่อสามารถบรรจุก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ได้มาตรฐานการบรรจุเฉพาะขนาดนั้นๆ วาล์วปิด-เปิด เป็นแบบพวงมาลัยด้วยมือ ทางออกของก๊าซเป็นเกลียวสามารถต่อเข้าเครื่องควบคุมความดัน ที่ใช้ทางการแพทย์ทั่วไปได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ Adapter

๑.๓ มีลิ้นวาล์วนิรภัยแบบระบาย (Bursting disc) มีฝาครอบป้องกันวาล์วของท่อชนิดมีเกลียวหมุนติดกับท่อหรืออุปกรณ์ปกป้องวาล์วชนิดติดกับตัวท่อ

๑.๔ บรรจุก๊าซ...

๑.๔ บรรจุก๊าซออกซิเจน ใช้ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. เลขที่๕๔๐/๒๕๕๕ เต็มได้ ปริมาตรตามกำหนด

๒. Oxygen Regulator

๒.๑ ประกอบด้วยออกซิเจนโพลีเมอร์+Regulator ปรับแรงดัน+กระเปาะ Humidifier

๒.๒ Flow meter สามารถปรับระดับอัตราการไหลได้ ๐-๑๕ LPM

๒.๓ ข้อต่อใต้โพลีเมอร์สามารถต่อเข้ากระเปาะชนิด Humidifier หรือ Bubble Jet หรือ Nebulizer ได้

๒.๔ ขวดทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก อบอุ่นเพื่อฆ่าเชื้อได้

๓. รัดแน่นสำหรับวางถังออกซิเจนทำจากเหล็กพ่นสี

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันคุณภาพ ๒ ปี นับแต่วันส่งมอบ

๒. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๖. เครื่องดูดเสมหะ

คุณลักษณะและรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

๑) เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว

๒) ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๘ ปอนด์ หรือไม่เกิน ๘ กิโลกรัม

๓) Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston

๔) มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ ๐-๐.๘ บาร์หรือไม่น้อยกว่า ๐-๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

มีปั๊มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

๕) มีขวดบรรจุเสมหะ

๖) มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง

๗) รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้าครบเป็นต้นไป

๗. เครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียง

คุณสมบัติทั่วไป

๗.๑ ใช้กับไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ V. ๕๐ Hz

๗.๒ เป็นเครื่องที่มีระบบการทำงาน ควบคุมด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ มี Self Test ขณะเปิดเครื่องทุกครั้ง

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. หน้าจอเป็นสีระบบสัมผัส (Touch Screen) ชนิด TFT

๒. สามารถใช้งานได้อย่างน้อย ๔ ลักษณะ คือ

- แบบคงที่ (Static traction)

- แบบเป็นจังหวะ (Intermittent traction)

- แบบโปรเกรสซีฟ (Progressive) โดยสามารถตั้งได้อย่างน้อย ๑- ๒๕ ชั้น

- แบบรีเกรสซีฟ (Regressive) โดยสามารถตั้งได้อย่างน้อย ๑- ๒๕ ชั้น

๓. สามารถตั้งแรงดึงได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ N (๙๐ Kg.) และสามารถตั้งแรงดึงได้ต่ำสุด ๑๕ N (๑.๕ Kg.) และสามารถเลือกตั้งจากเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวได้

๔. ความละเอียดในการปรับแรงดึง อย่างน้อยขั้นละ ๐.๑ กิโลกรัม

๕. สามารถเลือกแรงดึงในการแสดงหน่วย นิวตัน, ปอนด์ หรือกิโลกรัมได้

๖. สามารถตั้งความเร็วในการดึงได้

๗. สามารถตั้ง...

๗. สามารถตั้งเวลาหน่วงการดึงและคลายได้แยกจากกันได้อย่างน้อย ๑-๑๒๐ วินาที
๘. มีระบบเตือนเมื่อแรงดึงมากกว่า ๒๐ กิโลกรัม (๒๐๐ นิวตัน)
๙. มีโปรแกรมการรักษา (Protocol) แนะนำ ข้อมูลการรักษาในเชิงคลินิกและมีรูปภาพแสดง
๑๐. สามารถบันทึกโปรแกรมเพิ่มเติมได้อย่างน้อย ๕๐ โปรแกรม
๑๑. มีสวิตช์หยุดการทำงานสำหรับคนไข้แบบใช้สาย
๑๒. ระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

คุณสมบัติทั่วไปของเตียง

๑. แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนบนรองรับศีรษะและลำตัว และส่วนล่างรองรับสะโพกและขา สามารถปรับเลื่อนแยกออกจากกันได้
๒. ขนาดของเตียง (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า ๖๗x๑๙๕ ซม. โดยตัวเตียงส่วนรองรับศีรษะและลำตัวยาว ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. ส่วนรองรับขาและสะโพกยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ซม.
๓. สามารถปรับความสูง-ต่ำ ของเตียงได้ประมาณ ๔๕-๙๕ ซม. โดยใช้ระบบไฟฟ้า
๔. มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลัง ๘,๐๐๐ นิวตัน (Force Electrical Motor) สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด ๒๐๐ กิโลกรัม
๕. สามารถปรับมุมระหว่างส่วนรองรับศีรษะขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา
๖. มีล้อ ๔ ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย และสามารถล็อกให้อยู่กับที่ได้ด้วยระบบขาพิเศษ ๔ ขา
๗. ฐานเตียงด้านล่าง ๒ ข้าง มีแผ่นปิดกันยาวตลอด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะปรับความสูงต่ำของตัวเตียง
๘. แก้อักรองรับขาสามารถปรับระดับสูงต่ำแยกกันสองข้างได้

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสำหรับ ๑ เครื่อง

- | | |
|--|-----------|
| ๑. สวิตช์ฉุกเฉินหยุดการทำงาน | ๑ ชุด |
| ๒. เชือกพร้อมตะขอต่อจากเครื่อง | ๑ ชุด |
| ๓. สายไฟ | ๑ เส้น |
| ๔. ชุดดึงหลัง (อกและเอว) | ๒ ชุด |
| ๕. ชุดดึงคอพร้อมเหล็กแขวน | ๒ ชุด |
| ๖. แผ่นวางเครื่อง | ๑ ชุด |
| ๗. แก้อักรองขาแบบปรับระดับได้แยกกัน | ๑ ตัว |
| ๘. เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ VA | ๑ เครื่อง |

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ยุโรป เอเชีย อเมริกา หรือญี่ปุ่น ทั้งเครื่องและเตียงเป็นสินค้ายี่ห้อเดียวกัน
๒. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี พร้อมอะไหล่และค่าบริการโดยไม่คิดมูลค่านับแต่วันส่งมอบ
๓. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้ เหนามาก่อน
๔. ตรวจสอบบำรุงรักษา (Maintenance) ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี และสอบเทียบ (Calibration) ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๕. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
๖. ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

๘. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น

คุณลักษณะและรายละเอียดตามตลาดท้องถิ่น

๑. ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
๒. มาตรฐานความปลอดภัย ตามมาตรฐานของ IEC ๖๐๖๐๑-๑ ระดับ I ชนิด BF

๓. มีล้อเข็นเคลื่อนที่ได้โดยสะดวก และมีที่ล็อกล้อให้หยุดอยู่กับที่เมื่อต้องการ
คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. เป็นเครื่องกำเนิดคลื่นสั้น ความถี่ในย่าน ๒๗.๑๒ เมกะเฮิร์ตซ์ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๐.๖ %
๒. ให้คลื่นได้ ๒ ลักษณะ คือ แบบต่อเนื่องและคลื่นแบบเป็นช่วง
๓. คลื่นแบบต่อเนื่อง (Continuous Shortwave therapy) มีกำลังส่ง (Out put power) สูงสุดถึง ๔๐๐ วัตต์
๔. คลื่นชนิดเป็นช่วงๆ (Pulsed Shortwave therapy)
 - ๔.๑ มีกำลังส่ง (Out put power peak) สูงสุดถึง ๑,๐๐๐ วัตต์
 - ๔.๒ สามารถปรับความถี่ได้อย่างน้อย ๑๐ ระดับ ตั้งแต่ ๑๕ - ๒๐๐ เฮิร์ตซ์
 - ๔.๓ ช่วงส่งคลื่นแต่ละช่วงประมาณ ๔๐๐ ไมโครวินาที (Pulse Duration)
๕. สามารถเลือกใช้ Electrode ได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของบริเวณที่จะทำการบำบัด และสามารถเปลี่ยน Electrode ได้สะดวกรวดเร็ว
๖. มีระบบปรับให้พลังงานมาที่ ๐ ก่อนทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยนแบบให้การบำบัดรักษา
๗. มีสัญญาณแสดงระดับความเข้มที่ใช้ โดยแสดงเป็นแถบแสง
๘. ตั้งเวลาให้การรักษาดังตั้ง ๐-๓๐ นาที โดยสามารถแสดงเวลาดังกล่าวและเมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้ จะมีสัญญาณเตือนพร้อมตัดพลังงานไฟฟ้าในการรักษาโดยอัตโนมัติ
๙. มีระบบหยุดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องมากเกินไป หรือเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
๑๐. แชนยัดอิเล็กทรอนิกส์มีข้อต่อที่ปรับได้สะดวก สามารถปรับได้อย่างน้อย ๔ จุด
๑๑. มาตรฐานความปลอดภัย I TYPE BF ตามมาตรฐานของ IEC ๖๐๖๐๑-๑ ผลการตรวจสอบ มาตรฐานความปลอดภัย ได้รับการรับรองผล GS Certification จาก TUV Rheinland

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|---|-----------|
| ๑. Fully Adjustable electrode arm | ๒ อัน |
| ๒. Disc (schliephake)electrode, ๑๓๐ mm,diam | ๒ อัน |
| ๓. Electrode cable | ๒ เส้น |
| ๔. Neon checklight | ๑ อัน |
| ๕. Instruction manual | ๑ เล่ม |
| ๖. Flexible rubber electrode ๑๒ x ๑๒ cm. | ๔ อัน |
| ๗. Flexible rubber electrode ๑๕ x ๒๕ cm. | ๔ อัน |
| ๘. Felt spacer ๑๓ x ๑๗ cm. | ๘ อัน |
| ๙. Felt spacer ๑๖ x ๓๐ cm. | ๘ อัน |
| ๑๐. Flexiplode | ๑ อัน |
| ๑๑ เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ VA | ๑ เครื่อง |

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ยุโรป เอเชีย อเมริกา หรือญี่ปุ่น
๒. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี พร้อมอะไหล่และบริการโดยไม่คิดมูลค่านับแต่วันส่งมอบ
๓. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๔. ตรวจสอบบำรุงรักษา (Maintenance) ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปีและสอบเทียบ (Calibration) ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๕. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด

๖. ผู้ขายต้อง...

๖. ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

๙. ที่นอนลม

คุณลักษณะและรายละเอียดตามตลาดท้องถิ่น

๑. เป็นที่นอนลมแบบรังผึ้งต่อเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า ช่วยลดและกระจายแรงกดทับโดยการหมุนเวียนการปั๊มลมสลับลูก
๒. แผ่นที่นอนลม ขนาด กว้าง x ยาว x หนา ไม่น้อยกว่า ๘๕ x ๑๘๕ x ๖ เซนติเมตร มีจำนวนเซลล์ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เซลล์
๓. รองรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
๔. น้ำหนักของแผ่นที่นอนลม ไม่เกิน ๓ กิโลกรัม
๕. น้ำหนักของเครื่องปั๊มลมไฟฟ้าไม่เกิน ๓ กิโลกรัม
๖. ตัวเครื่องปั๊มลมใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ V ๕๐ Hz
๗. มีชุดปะซ่อมรอยรั่ว
๘. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๙. เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือเทียบเท่า
๑๐. รับประกันคุณภาพแผ่นที่นอนลมไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบพัสดุครบ พร้อมบริการอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้งาน
๑๑. รับประกันคุณภาพเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบพัสดุครบ พร้อมบริการอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้งาน

๑๐. โต๊ะคร่อมเตียง

คุณลักษณะและรายละเอียดตามตลาดท้องถิ่น

๑. เป็นโต๊ะคร่อมเตียงแบบเปิดไม่ได้ ชนิดสแตนเลส
๒. โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส
๓. มีขนาดหน้าโต๊ะ ไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว x ๓๒ นิ้ว หรือ ๓๘ x ๘๐ เซนติเมตร ขอบโต๊ะหุ้มด้วยคิ้วโลหะ ไม่เป็นสนิม
๔. สามารถปรับเลื่อนสูง - ต่ำ ขนาดตั้งแต่ ๓๐ - ๔๕ นิ้ว หรือ ๘๒ - ๑๒๐ เซนติเมตร
๕. พื้นบนเป็นไม้อัดหนาอย่างดี บุด้วยโฟร์เมกเกอร์สีขาวกันร้อน
๖. มีล้อ ๔ ล้อ หมุนได้รอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ๒ นิ้ว
๗. ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตในการเป็นตัวแทนจำหน่าย
๘. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบพัสดุครบ พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้งาน

๑๑. เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

คุณลักษณะและรายละเอียดตามตลาดท้องถิ่น

๑. เป็นเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแบบพกพา
๒. สามารถตรวจเลือดจากเส้นเลือดฝอยจากปลายนิ้ว เส้นเลือดดำ เส้นเลือดแดง และเลือดในเด็กทารกแรกเกิดได้
๓. สามารถตรวจวัดค่าได้ระหว่าง ๒๐ - ๖๐๐ มิลลิกรัม/เดซิลิตร
๔. สามารถตรวจวัดได้ที่อุณหภูมิ ๑๐ - ๔๐ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
๕. สามารถตรวจวัดได้ในเลือดที่มีค่า Hematocrit น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐% ถึง ๖๕% หรือมากกว่า

๖. ใช้เวลา...

๖. ใช้เวลาในการตรวจวัดไม่เกิน ๘ วินาที
๗. ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่
๘. มีระบบบันทึกวัน เวลาที่ทำการวัดและสามารถบันทึกค่าได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ครั้ง
๙. มีคู่มือการใช้และการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยผู้ใช้นับภาษาไทย
๑๐. ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๑๑. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้าครบ

๑๒. รถเข็นชนิดนั่ง

๑๒.๑ รถเข็น ผู้ป่วยชนิดนั่งแบบพับได้

๑. โครงทำด้วยสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗/๘ นิ้ว
๒. ที่รองนั่งและพนักพิง ทำด้วยหนังเทียมอย่างดี สามารถพับเก็บได้
๓. ที่นั่งมีขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๖x๑๖ นิ้ว
๔. ที่วางเท้าทำด้วยอลูมิเนียม พับเก็บได้ และมีสายรัดกันเท้าตก ๑ เส้น
๕. มีที่เท้าแขนเป็นฟองน้ำหุ้มหนังเทียมอย่างดี
๖. มีล้อยางตัน จำนวน ๔ ล้อ ล้อหน้า ๒ ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว
ล้อหลัง ๒ ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว
๗. มีที่จับเข็นติดกับตัวรถ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
๒. รับประกันคุณภาพสินค้า ๒ ปี

๑๒.๒ รถเข็นชนิดนั่ง

๑. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
๒. โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว
๓. พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม
๔. ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๑๘ นิ้ว
๕. มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม
๖. มีที่วางแขน ๒ ข้างทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
๗. มีล้อยางตัน ๔ ล้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
๒. รับประกันคุณภาพสินค้า ๒ ปี

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมหมาย ยอดเพชร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา พรหมมี)

สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารสาธารณสุข

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางภรพรรณี ตุลยกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๙/๒๕๖๒

การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ

ตามประกาศ เทศบาลนครตรัง

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เทศบาลนครตรัง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลนครตรัง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล นครตรัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลนครตรัง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลนครตรัง ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลนครตรังจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับคัดลอกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับคัดลอก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลนครตรัง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลนครตรัง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลนครตรัง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลนครตรัง

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ที่กำหนด

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครตรัง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนครตรัง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลนครตรังกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลนครตรังสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลนครตรัง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครตรังมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลนครตรัง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลนครตรังทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา

เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ เทศบาลนครตรังเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลนครตรัง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครตรัง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาลนครตรัง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครตรัง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลนครตรังอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลนครตรังจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลนครตรังเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลนครตรังภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลนครตรังยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลนครตรัง ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครตรัง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลนครตรัง ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลนครตรัง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลนครตรังได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลนครตรังได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ว่าดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลนครตรังได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลนครตรังจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกเงาจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลนครตรังสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลนครตรัง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลนครตรังอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครตรังไม่ได้

(๑) เทศบาลนครตรังไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครตรัง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลนครตรัง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับเทศบาลนครตรัง ไว้ชั่วคราว

