

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยคลื่นอินฟราเรด(ชนิดมือถือ) เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๗,๕๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓.....
เครื่องวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยคลื่นอินฟราเรด(ชนิดมือถือ) จำนวน ๖๕ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒๗,๕๐๐.- บาท
(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้
๕.๑ บริษัท ควอลิตี้ เคมีเทค จำกัด
๕.๒ บริษัท บ้านตรง จำกัด
๕.๓ บริษัท โฮมดอกเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑.นายนันทะ ทองเพ็ญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - ๒.นายเลิศศักดิ์ จิรวัฒน์กุล ตำแหน่ง สัตวแพทย์อาวุโส
 - ๓.นางสาวธีรารัตน์ ปฏิเวธ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายนันทะ ทองเพ็ญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....

(นายเลิศศักดิ์ จิรวัฒน์กุล)

สัตวแพทย์อาวุโส

ลงชื่อ.....

(นางสาวธีรารัตน์ ปฏิเวธ)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลนครตรัง

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีนครตรัง

(นางจันทิพย์ รังสิปการ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลนครตรัง

(นายวัลลภ ช้วยบำรุง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

.....

**รายละเอียดคุณลักษณะในการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยคลื่นอินฟราเรด
(ชนิดมือถือ) จำนวน ๖๕ เครื่อง**

๑. เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและร่างกาย ระบบอินฟราเรด แบบดิจิตอล โดยไม่ต้องสัมผัส (Non-Contact Infrared Thermometer) ในระยะการวัด ๒ - ๕ ซม. หรือกว้างกว่า ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
๒. มีปุ่มปรับเลือกสถานการณ์ใช้งานของเครื่อง ดังนี้
 - ๓.๑ ปุ่มการใช้งานวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก
 - ๓.๒ ปุ่มการใช้งานวัดอุณหภูมิทางร่างกาย
๓. เครื่องจะส่งเสียง Beep เตือน เมื่อทำการวัดเสร็จ
๔. สามารถใช้วัดค่าอุณหภูมิร่างกายหรือหน้าผากโดยไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายและมีระยะห่างอยู่ในช่วง ๒ - ๕ ซม. หรือกว้างกว่า
๕. สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายในช่วง ๓๒ - ๔๒.๙ องศาเซลเซียสหรือกว้างกว่า
๖. แสดงสถานะอุณหภูมิร่างกายเป็นสัญญาณแสง ๓ สี (สีเขียว สีส้ม และสีแดง) เพื่อแจ้งระดับอุณหภูมิร่างกาย
๗. แสดงผลการวัดเป็นตัวเลขดิจิตอล สามารถเลือกหน่วยของอุณหภูมิเป็นแบบองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮต์ ได้
๘. บันทึกค่าได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ค่า
๙. ใช้ถ่าน AAA จำนวน ๒ ก้อน หรืออื่นๆ
๑๐. มีระบบประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่
๑๑. รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑๒. มีคู่มือการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายันทะ ทองเพ็ง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเลิศศักดิ์ จิรวัฒน์กุล)

สัตวแพทย์อาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

นางสาวธีรารัตน์ ปฏิวะ

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ